

EXCRETA : LANCEZ L'ALERTE !

Merci de remplir 1 questionnaire par laveur-désinfecteur de bassins (LDB)

Date :/...../.....

Service :

Nombre de lits d'hospitalisation dans le service :

Nombre de laveurs-désinfecteurs de bassins dans le service :

Si vous obtenez au moins une fois un dysfonctionnement dans vos locaux de LDB sur un des items, alors, cochez NON au critère.

	1. Une maintenance préventive annuelle du laveur-désinfecteur de bassins est-elle organisée au sein de votre établissement ? : ☐ oui ☐ non
	2. Les bassins et pots de chaise garde-robe pleins sont-ils utilisés systématiquement avec leur couvercle ? : ☐ oui ☐ non
	3. Le port d'équipement de protection individuelle (gants et tablier à usage unique) est-il systématique lors de la manipulation de bassins pleins ? : ☐ oui ☐ non
	4. Le matériel (bassin, urinal...) est-il correctement positionné dans le laveur-désinfecteur de bassins (buse et support du matériel) ? : ☐ oui ☐ non
	5. A leur sortie du laveur-désinfecteur de bassins le matériel est-il sec ? : ☐ oui ☐ non
	6. Le matériel (bassin, urinal...) rangé dans l'espace dédié est-il en bon état et propre ? : ☐ oui ☐ non
	7. Après le cycle de lavage le laveur-désinfecteur de bassins est-il propre et non entartré ? : ☐ oui ☐ non

Merci d'avoir pris le temps de valider ces incontournables. Ils agiront sur la prévention de la transmission croisée des BHRe, une action aussi efficace pour lutter contre l'antibiorésistance.