

EXCRETA : LANCEZ L'ALERTE !

Merci de remplir 1 questionnaire par laveur-désinfecteur de bassins (LDB)

Date :/...../.....

Unité :

Nombre de lits d'hébergement dans l'établissement :

Nombre de laveurs-désinfecteurs de bassins dans l'établissement :

Il existe au moins un LDB par unité/étage :

oui

non

Si vous obtenez au moins une fois un dysfonctionnement dans vos locaux de LDB sur un des items, alors, cochez NON au critère.

 <p><i>Je vous assure qu'il y a dysfonctionnement !!</i></p>	<p>1. Au moins une maintenance préventive annuelle du LDB est organisée au sein de votre établissement :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>Peut-être qu'on en fait un peu trop pour les équipements de protection ?!</i></p>	<p>2. Le port d'équipement de protection individuelle (gants et tablier à usage unique) est systématique lors de la manipulation de bassins pleins :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>Encore heureux qu'on utilise les couvercles des bassins...</i></p>	<p>3. Après utilisation, les bassins et pots de chaise garde-robe pleins sont transportés systématiquement avec leur couvercle :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>Pour la vidange, ce sont les meilleurs !</i></p>	<p>4. Les bassins, pots de chaise garde-robe pleins sont vidés systématiquement dans le LDB :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>100 positions et rien sur comment positionner un urinal dans un lave-bassin !!</i></p>	<p>5. Le matériel (bassin, ...) est correctement positionné dans le LDB (buse et support du matériel) selon les recommandations du fabricant :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>A priori... tout n'est pas vraiment sec sec !!</i></p>	<p>6. A la sortie du LDB le matériel est sec :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>6bis. A la sortie du LDB le matériel est propre :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>- C'est propre ? C'est sale ? Propre ? Sale ? ... - Dis donc ! Ça fait 3 heures que tu es devant le local !</i></p>	<p>7. Le matériel (bassin, ...) rangé dans l'espace dédié est en bon état et propre (absence de rayure ou de fissure, pas de trace de selle ou d'urine) :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>- Alors il a du tartre le laveur-désinfecteur ? - Ben... il n'a même pas une dent !!</i></p>	<p>8. Après le cycle de lavage le LDB est propre et/ou non entartré :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si non, les produits (détartrant et/ou détergent désinfectant) utilisés par le LDB ont-ils bien été changés :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
 <p><i>Des sacs pour les excréta... ce n'est pas une mauvaise idée du tout !</i></p>	<p>9. En cas de dysfonctionnement ou de panne, des housses protectrices de bassins, pots de chaise garde-robe sont utilisés :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>

Merci d'avoir participé à l'état des lieux de la gestion des excréta dans votre structure. L'élimination des excréta dans de bonnes conditions permet de lutter contre la transmission croisée des BMR, des BHRé, des virus entériques et de tous les autres agents infectieux pathogènes.

Pour toute question vous pouvez vous rapprocher de votre EMH ou du CPIas.